

FSA potpuno automatski analizator vlage cijelog zrna s integriranim određivanjem hektolitarske mase i infracrveno mjerenje temperature uzorka

Primjene:

kalibrirani za kukuruz, raž, pšenoraž (triticale), pšenica, durum pšenici, oguljena i neoljuštena heljda, oguljeni i neoljušteni pir, oguljen i neoljušteni proso, sirak proso, ječam, zob, repica, soja, bob, sjemenke suncokreta, sjemenke bundeve, riža, mak, amarant i laneno sjeme. Ostali proizvodi na zahtjev, također posebni proizvodi se mogu kalibrirati!

Značajke:

- Mjerni opseg 0 do max. 50% sadržaja vode ovisno o proizvodu
- rezolucija 0.01%
- hektolitar mjerenje (kg/hl)
- IC mjerenje temperature uzorka
- Temperatura može biti u °C ili °F
- automatska IC temp. kompenzacija
- mjerenje unutar par sekundi bez potrebe za pripremu uzorka
- 7" zaslon osjetljiv na dodir
- integrirana online funkcija, integrirani printer u robusnom kućištu
- datalog za 1,000,000 mjerenja sa izvješćem
- upravljanje podacima
- Moguća specificirana kalibracija za posebne usjeve, granulate itd.
- Ethernet i USB podatkovni modul sučelja sa ethernet kablom za PC
- Tarifni broj 9027.8017
- Dimenzije 44 x 25 x 41 cm, masa 15 kg
- U isporuci: FSA, Ethernet i USB podatkovni modul sučelja sa ethernet kablom za PC , integrirani printer



Food/Grain

Vaše prednosti:

- Jezika izbornika: njemački, engleski, talijanski, francuski, španjolski, portugalski i mnogi drugi na upit
- Na upit moguća kalibracija za specijalne proizvoda od strane proizvođača
- Za sve vrste proizvoda i gotovih proizvoda
- Vrlo brzo i točno mjerenje cijelog zrna
- Određivanje hektolitarske mase za nekoliko sekundi

article no 13000



Pribor - mogući dodaci:

article no 11758	ISO provjera uređaja za humimeter FS2, FS3, FS4 i BP1 test srednja i standard masa Tarifni broj - test masa i podstavljeni kofer: 8423.9000 Tarifni broj - staklene kugle: 7020.0080	
article no 10600	Tvornički kalibracijski protokol , Tarifni broj 4911.9900	
article no 11217	Laboratorijska analiza/testiranje novog materijala za humimeter uređaje	
article no 12297	Ubacivanje karakteristične krivulje u humimeter uređaj	
	Software - u razvoju	
	Službena kalibracija - u razvoju	